# Guide de consultation rapide ClikSTAR[MC]

Le présent document n'est qu'un guide de consultation rapide. Veuillez lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser le stylo ClikSTAR[MC] pour la première fois. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

**Comment procéder à l'injection** (Les instructions pour changer la cartouche figurent au verso.)

## 1 Assurez-vous d'avoir la bonne insuline

## 2 Posez une nouvelle aiguille



## 3 Faites un test de sécurité

- Sélectionnez une dose de 2 unités.
- Retirez les capuchons de l'aiguille.
- Tenez le stylo de sorte que l'aiguille pointe vers le haut et appuyez à fond sur le bouton d'injection.
- Vérifiez s'il sort de l'insuline de l'aiguille. S'il n'en sort pas, refaites le test de sécurité.




## 4 Sélectionnez votre dose

- Assurez-vous qu'un "0" figure dans la fenêtre d'affichage.
- Sélectionnez la dose requise (maximum de 80 unités par injection).
- Si vous dépassez votre dose, vous pouvez simplement revenir en arrière.

## 5 Injectez-vous la dose

- En utilisant la méthode d'injection que vous a enseignée votre professionnel de la santé, introduisez-vous l'aiguille dans la peau.
- Appuyez à fond sur le bouton d'injection.
- Gardez le bouton d'injection enfoncé et comptez lentement jusqu'à 10.




## 6 Une fois l'injection terminée :

- Retirez l'aiguille.
- Remettez le capuchon extérieur sur l'aiguille et servez-vous-en pour dévisser l'aiguille.
- Remettez le capuchon sur le stylo.
- Jetez l'aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un contenant pour objets pointus et tranchants.



**ASSISTANCE 24 HEURES : 1.888.852.6887**

# Guide de consultation rapide ClikSTAR[MC]

Le présent document n'est qu'un guide de consultation rapide. Veuillez lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser le stylo ClikSTAR[MC] pour la première fois. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

Le stylo ClikSTAR[MC] ne peut être utilisé qu'avec des cartouches d'insuline (U-100) de 3 mL (300 unités) de sanofi-aventis.

**Comment changer la cartouche** (Les instructions sur la façon de procéder à l'injection figurent au verso.)

### 1 Dévissez le porte-cartouche et retirez la cartouche



### 2 Assurez-vous d'avoir la bonne insuline

Insérez une nouvelle cartouche dans le porte-cartouche.




### 3 Vissez le porte-cartouche au stylo, en repoussant le piston



### 4 La nouvelle cartouche est en place lorsqu'un clic se fait entendre et que les flèches sont alignées "▶◀"

ClikSTAR[MC]

**24 ASSISTANCE 24 HEURES : 1.888.852.6887**

On recommande d'utiliser le stylo ClikSTAR[MC] avec des aiguilles BD Ultra-Fine[MC].

Membre R&D
Copyright © 2009 sanofi-aventis. Tous droits réservés. sanofi-aventis Canada Inc., Laval (Québec) H7L 4A8 CDN.GLA.09.06.01F 50091421

sanofi aventis
L'essentiel c'est la santé.